



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.541.A № 65063

Срок действия до 03 февраля 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики весоизмерительные тензорезисторные TEM-252

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "АСИ"
(ООО "ИЦ "АСИ"), г. Кемерово

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 66555-17

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.631-2013

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 03 февраля 2017 г. № 193

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев

" 15 " 02 2017 г.

Серия СИ

№ 028064

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Датчики весоизмерительные тензорезисторные ТЕМ-252

Назначение средства измерений

Датчики весоизмерительные тензорезисторные ТЕМ-252 (далее - датчики) предназначены для измерений и преобразования воздействующей на датчик силы тяжести взвешиваемого объекта в аналоговый нормированный электрический измерительный сигнал.

Описание средства измерений

Принцип действия датчиков основан на изменении электрического сопротивления тензорезисторов, соединенных в мостовую схему, при их деформации, возникающей в местах наклейки тензорезисторов к упругому элементу датчика, под действием прилагаемой нагрузки. Изменение электрического сопротивления вызывает разбаланс мостовой схемы и появление в диагонали моста электрического сигнала, изменяющегося пропорционально нагрузке.

Датчики состоят из упругого элемента, кабеля питания и измерения, тензорезисторов на клеевой основе, соединенных по полной мостовой электрической схеме, и элементов герметизации. Места наклейки тензорезисторов и расположения элементов термокомпенсации и нормирования в датчиках находятся во внутренней полости упругого элемента и защищены крышками и герметиком.

Модификации датчиков отличаются максимальной нагрузкой. Варианты исполнения отличаются габаритными размерами, массой.

Датчики имеют следующее обозначение:

ТЕМ-252-[1], где:

Позиция	Обозначение	Расшифровка
[1]	11; 20; 22; 30; 33; 47; 60	Максимальная нагрузка (E_{max}), т



Рисунок 1 - Внешний вид датчика весоизмерительного тензорезисторного ТЕМ-252



Рисунок 2 - Маркировочная табличка датчика весоизмерительного тензорезисторного TEM-252

Пломбирование датчиков весоизмерительных тензорезисторных TEM-252 не предусмотрено.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013	C
Максимальное число поверочных интервалов, $n_{max} = E_{max} / v$	3000
Максимальная нагрузка, E _{max} , т	11; 20; 22; 30; 33; 47; 60
Минимальная нагрузка, E _{min} , т	0
Минимальный поверочный интервал, V _{min} , кг	E _{max} /10000
Доля от пределов допускаемой погрешности весов, p _{LC}	0,7
Значение поверочного интервала v, кг	E _{max} /n _{max}
Невозврат выходного сигнала при возврате к минимальной нагрузке DR, выраженный через поверочный интервал v	E _{max} /20000
Номинальный выходной сигнал, мВ/В	3,0
Значение входного сопротивления датчиков, Ом	750±10
Значение выходного сопротивления датчиков, Ом	702±5
Предельные значения температуры, °С	от - 40 до + 50
Обозначение по влажности	CH

Таблица 2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания, В	от 10 до 12
Средний срок службы, лет	10
Вероятность безотказной работы за 2000 ч	0,9

Таблица 3 - Пределы допускаемых погрешностей датчиков различных модификаций

Интервалы измерений	Пределы допускаемой погрешности mpe
до 500v включ.	$\pm 0,35v$
св. 500v до 2000v включ.	$\pm 0,70v$
св. 2000v	$\pm 1,05v$

Таблица 4 - Максимальная нагрузка (E_{max}), габаритные размеры и масса датчиков

Максимальная нагрузка (E_{max}), г	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	Длина	Ширина	Высота	
11; 20; 22	210	51	64	6,5
30; 33	292	51	76	8,1
47; 60	368	90	99	12,4

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации и на маркировочную табличку на корпусе датчика.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Датчик весоизмерительный тензорезисторный	ТЕМ-252	1 шт.
Руководство по эксплуатации	УФГИ.404176.020 РЭ	1 экз.

Поверка

осуществляется в соответствии с приложением ДА «Методика поверки» ГОСТ 8.631-2013.

Основные средства поверки:

рабочие эталоны 1-го разряда по ГОСТ 8.640-2014 с пределами допускаемых значений доверительных границ относительной погрешности $\delta = 0,01 \%$.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в виде оттиска клейма в свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к датчикам весоизмерительным тензорезисторным ТЕМ-252

ГОСТ 8.631-2013 ГСИ. Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

ТУ 4274-022-10897043-2016. Датчики весоизмерительные тензорезисторные ТЕМ-252.

Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «АСИ»
(ООО «ИЦ «АСИ»)
ИНН 4207011969
Адрес: 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31
Телефон (факс): (384-2) 36-61-49
Web-сайт: www.icasi.ru
E-mail: office@icasi.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19
Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14
Web-сайт: www.vniim.ru
E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

М.п.



С.С. Голубев

« 15 » 22

2017 г.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
4/четыре ЛИСТОВ(А)



[Faint handwritten marks]

[Faint handwritten marks]